Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace

Název subjektu: Unilabs Diagnostics k.s.
Název objektu: Laboratoře Morava
Číslo akreditovaného objektu: 8138
Osvědčení o akreditaci č.: 95/2026
Oblast akreditace: Zdravotnická laboratoř - ČSN EN ISO 15189 ed. 3:2023
Aktualizováno dne: 1.10.2026

1. **pracoviště Mostiště** Mostiště 105, 594 01 Velké Meziříčí

Vyšetření:

Poř. číslo	Analyt / parametr/diagnostika	Princip vyšetření	Identifikace postupu/ přístrojové vybavení	Vyšetřovaný materiál	Stupně volnosti[1]
801 - Klinická biochemie					
1.	Nebílkovinné dusíkaté látky	Absorpční spektrofotometrie	P_LMO_BIO_025, verze 1.0; F_LMO_FRA_BIO_4.2.2026; Atellica CI	Sérum	A, B, C
2.	Bilirubin celkový	Absorpční spektrofotometrie	P_LMO_BIO_025, verze 1.0; F_LMO_FRA_BIO_4.2.2026; Atellica CI	Sérum	A, B
3.	Enzymy	Absorpční spektrofotometrie	P_LMO_BIO_025, verze 1.0; F_LMO_FRA_BIO_4.2.2026; Atellica CI	Sérum	A, B, C
4.	Lipidy	Absorpční spektrofotometrie	P_LMO_BIO_025, verze 1.0; F_LMO_FRA_BIO_4.2.2026; Atellica CI	Sérum	A, B, C
5.	Hormony	Imunoanalýza s luminometrickou detekcí	P_LMO_BIO_025, verze 1.0; F_LMO_FRA_BIO_4.2.2026; Atellica CI	Sérum	A, B, C
6.	Nádorové markery	Imunoanalýza s luminometrickou detekcí	P_LMO_BIO_025, verze 1.0; F_LMO_FRA_BIO_4.2.2026; Atellica CI	Sérum	A, B, C
802 – Lékařská mikrobiologie					
1.	Mikrobiologické vyšetření horních cest dýchacích	Aerobní kultivace	P_LMO_MIK_001, verze 2.0; F_LMO_FRA_MIK_1.10.2026	Výtěr z krku, nosu, tonzil, nosohltanu, laryngu a dutiny ústní	A, B, D

Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace

Poř. číslo	Analyt / parametr/diagnostika	Princip vyšetření	Identifikace postupu/ přístrojové vybavení	Vyšetřovaný materiál	Stupně volnosti[1]
2.	Mikrobiologické vyšetření dolních cest dýchacích	Mikroskopie; Aerobní kultivace	P_LMO_MIK_004, verze 2.0; P_LMO_MIK_009, verze 1.0; F_LMO_FRA_MIK_1.10.2026	Sputum	A, B, D
3.	Mikrobiologické vyšetření moče kvantitativní	Aerobní kultivace	P_LMO_MIK_002, verze 1.0; F_LMO_FRA_MIK_1.10.2026	Moč	A, B
4.	Mikrobiologické vyšetření výtěru z rekta	Aerobní kultivace	P_LMO_MIK_003, verze 1.0; F_LMO_FRA_MIK_1.10.2026	Výtěr z rekta	A, B
5.	Mikrobiologické vyšetření klinického materiálu	Aerobní kultivace	P_LMO_MIK_004, verze 2.0; F_LMO_FRA_MIK_1.10.2026	Stěr ze zevního zvukovodu a spojivky, další výtěry a stěry	A, B, D
6.	Mikrobiologické vyšetření klinického materiálu	Aerobní kultivace; Anaerobní kultivace	P_LMO_MIK_004, verze 2.0; F_LMO_FRA_MIK_1.10.2026	Výtěry a stěry, tkáň	A, B, D
7.	Mikrobiologické vyšetření primárně sterilních tělních tekutin	Mikroskopie; Aerobní kultivace; Anaerobní kultivace	P_LMO_MIK_004, verze 2.0; P_LMO_MIK_009, verze 1.0; F_LMO_FRA_MIK_1.10.2026	Ascites, dialyzát, punktát	A, B, D
8.	Mikrobiologické vyšetření klinického materiálu	Mikroskopie; Aerobní kultivace; Anaerobní kultivace	P_LMO_MIK_004, verze 2.0; P_LMO_MIK_009, verze 1.0; F_LMO_FRA_MIK_1.10.2026	Hnis, sekret	A, B, D
9.	Mikrobiologické vyšetření cizích těles	Aerobní kultivace; Anaerobní kultivace	P_LMO_MIK_004, verze 2.0; F_LMO_FRA_MIK_1.10.2026	Redon, katétr, kanyla, implantát	A, B, D
10.	Mikrobiologické vyšetření urogenitálního traktu	Mikroskopie; Aerobní kultivace; Anaerobní kultivace	P_LMO_MIK_005, verze 2.0; P_LMO_MIK_009, verze 1.0; F_LMO_FRA_MIK_1.10.2026	Výtěry z uretry, vaginy, cervixu, vulvy, glandu, ejakulát	A, B, D

Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace

Poř. číslo	Analyt / parametr/diagnostika	Princip vyšetření	Identifikace postupu/ přístrojové vybavení	Vyšetřovaný materiál	Stupně volnosti[1]
11.	Identifikace mikroorganismu	Hmotnostní spektrometrie	P_LMO_MIK_006, verze 1.0; P_LMO_MIK_010, verze 2.0; F_LMO_FRA_MIK_1.10.2026; MALDI Microflex LT/SH	Bakteriální kultura, kvasinková kultura, vláknitá houba	A, B
12.	Kvalitativní vyšetření citlivosti	Difúzní diskový test	P_LMO_MIK_007, verze 1.0; F_LMO_FRA_MIK_1.10.2026; EUCAST v.16	Bakteriální kultura, kvasinková kultura	A, B
13.	Mikrobiologické vyšetření krve	Aerobní kultivace; Anaerobní kultivace (automatická)	P_LMO_MIK_008, verze 1.0; F_LMO_FRA_MIK_1.10.2026; P_LMO_MIK_013, verze 2.0; Bactec FX 40	Krev	A, B
813 - Laboratoř alergologická a imunologická					
1.	C-reaktivní protein	Imunoturbidimetrie	P_LMO_BIO_025, verze 1.0; F_LMO_FRA_BIO_4.2.2026; Atellica CI Komerční postup	Sérum	A, B
818 - Laboratoř hematologická					
1.	Krevní obraz	Průtoková cytometrie; Impedanční metoda; Fotometrie; Výpočty	P_LMO_HEM_017, verze 1.0; F_LMO_FRA_HEM_1.10.2026; Sysmex XN 550; Sysmex XN 530	Krev	A, B
2.	Protrombinový test	Koagulační metoda s optickou detekcí koagula; Výpočty	P_LMO_HEM_009, verze 4.0; F_LMO_FRA_HEM_1.10.2026; Sysmex CS 2500	Plazma	A, B

Upřesnění rozsahu akreditace:

Odbornost / poř. číslo	Detailní informace k činnostem v rozsahu akreditace
801/1	Urea, Kreatinin, Kyselina močová
801/3	Alaninaminotransferáza (ALT), aspartátaminotransferáza (AST), gamaglutamyltransferáza (GGT)
801/4	Cholesterol celkový, Triacylglyceroly (TAG)

Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace

Odbornost / poř. číslo	Detailní informace k činnostem v rozsahu akreditace
801/5	Tyreotropin (TSH), Tyroxin volný (fT4 volný)
801/6	Celkový prostatický specifický antigen (PSA total)
802/1	Bakterie, kvasinky
802/2	Bakterie, kvasinky
802/3	Bakterie, kvasinky
802/4	Bakterie, kvasinky
802/5	Bakterie, kvasinky
802/6	Bakterie, kvasinky
802/7	Bakterie, kvasinky
802/8	Bakterie, kvasinky
802/9	Bakterie, kvasinky
802/10	Bakterie, kvasinky
802/11	Bakterie, kvasinky
802/12	Bakterie, kvasinky
802/13	Bakterie, kvasinky
818/1	Leukocyty, erytrocyty, hemoglobin, hematokrit, MCV, MCH, MCHC, trombocyty, RDW, MPV
818/2	PT-INR, PT-poměr

Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace

2. **pracoviště Brno** Škrobárenská 502/1, 617 00 Brno

Vyšetření:

Poř. číslo	Analyt / parametr/diagnostika	Princip vyšetření	Identifikace postupu/ přístrojové vybavení	Vyšetřovaný materiál	Stupně volnosti[1]
801 - Klinická biochemie					
1.	Nebílkovinné dusíkaté látky	Absorpční spektrofotometrie	P_LMO_BIO_012, verze 5.0; P_LMO_BIO_015, verze 4.0; F_LMO_FRA_BIO_4.2.2026; Atellica Solution; Atellica DLc	Sérum	A, B, C
2.	Bilirubin celkový	Absorpční spektrofotometrie	P_LMO_BIO_012, verze 5.0; P_LMO_BIO_015, verze 4.0; F_LMO_FRA_BIO_4.2.2026; Atellica Solution; Atellica DLc	Sérum	A, B
3.	Enzymy	Absorpční spektrofotometrie	P_LMO_BIO_012, verze 5.0; P_LMO_BIO_015, verze 4.0; F_LMO_FRA_BIO_4.2.2026; Atellica Solution; Atellica DLc	Sérum	A, B, C
4.	Lipidy	Absorpční spektrofotometrie	P_LMO_BIO_012, verze 5.0; P_LMO_BIO_015, verze 4.0; F_LMO_FRA_BIO_4.2.2026; Atellica Solution; Atellica DLc	Sérum	A, B, C
5.	Hormony	Imunoanalýza s luminometrickou detekcí	P_LMO_BIO_012, verze 5.0; F_LMO_FRA_BIO_4.2.2026; Atellica Solution	Sérum	A, B, C
6.	Nádorové markery	Imunoanalýza s luminometrickou detekcí	P_LMO_BIO_012, verze 5.0; F_LMO_FRA_BIO_4.2.2026; Atellica Solution	Sérum	A, B, C
813 - Laboratoř alergologická a imunologická					
1.	C-reaktivní protein	Imunoturbidimetrie	P_LMO_BIO_012, verze 5.0; P_LMO_BIO_015, verze 4.0; F_LMO_FRA_BIO_4.2.2026; Atellica Solution; Atellica DLc	Sérum	A, B

Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace

Poř. číslo	Analyt / parametr/diagnostika	Princip vyšetření	Identifikace postupu/ přístrojové vybavení	Vyšetřovaný materiál	Stupně volnosti[1]
818 - Laboratoř hematologická					
1.	Krevní obraz	Průtoková cytometrie; Impedanční metoda; Fotometrie; Výpočty	P_LMO_HEM_015, verze 2.0; F_LMO_FRA_HEM_1.10.2026; Sysmex XN 1000; Sysmex XN 1000 PURE	Krev	A, B
2.	Protrombinový test	Koagulační metoda s optickou detekcí koagula; Výpočty	P_LMO_HEM_009, verze 4.0; F_LMO_FRA_HEM_1.10.2026; Sysmex CS 2500	Plazma	A, B

Upřesnění rozsahu akreditace:

Odbornost / poř. číslo	Detailní informace k činnostem v rozsahu akreditace
801/1	Urea, Kreatinin, Kyselina močová
801/3	Alaninaminotransferáza (ALT), Aspartátaminotransferáza (AST), Gamaglutamyltransferáza (GGT)
801/4	Cholesterol celkový, Triacylglyceroly (TAG)
801/5	Tyreotropin (TSH), Tyroxin volný (fT4 volný)
801/6	Celkový prostatický specifický antigen (PSA total)
818/1	Leukocyty, erytrocyty, hemoglobin, hematokrit, MCV, MCH, MCHC, trombocyty, RDW, MPV
818/2	PT-INR, PT-poměr

Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace

3. **pracoviště Ostrava** Junácká 1077/110, 724 00 Ostrava-Stará Bělá

Vyšetření:

Poř. číslo	Analyt / parametr/diagnostika	Princip vyšetření	Identifikace postupu/ přístrojové vybavení	Vyšetřovaný materiál	Stupně volnosti[1]
801 - Klinická biochemie					
1.	Nebílkovinné dusíkaté látky	Absorpční spektrofotometrie	P_LMO_BIO_012, verze 5.0; F_LMO_FRA_BIO_4.2.2026; Atellica Solution	Sérum	A, B, C
2.	Bilirubin celkový	Absorpční spektrofotometrie	P_LMO_BIO_012, verze 5.0; F_LMO_FRA_BIO_4.2.2026; Atellica Solution	Sérum	A, B
3.	Enzymy	Absorpční spektrofotometrie	P_LMO_BIO_012, verze 5.0; F_LMO_FRA_BIO_4.2.2026; Atellica Solution	Sérum	A, B, C
4.	Lipidy	Absorpční spektrofotometrie	P_LMO_BIO_012, verze 5.0; F_LMO_FRA_BIO_4.2.2026; Atellica Solution	Sérum	A, B, C
5.	Hormony	Imunoanalýza s luminometrickou detekcí	P_LMO_BIO_012, verze 5.0; F_LMO_FRA_BIO_4.2.2026; Atellica Solution	Sérum	A, B, C
6.	Nádorové markery	Imunoanalýza s luminometrickou detekcí	P_LMO_BIO_012, verze 5.0; F_LMO_FRA_BIO_4.2.2026; Atellica Solution	Sérum	A, B, C
802 – Lékařská mikrobiologie					
1.	Mikrobiologické vyšetření horních cest dýchacích	Aerobní kultivace	P_LMO_MIK_001, verze 2.0; F_LMO_FRA_MIK_1.10.2026	Výtěr z krku, nosu, tonzil, nosohltanu, laryngu a dutiny ústní	A, B, D
2.	Mikrobiologické vyšetření dolních cest dýchacích	Mikroskopie; Aerobní kultivace	P_LMO_MIK_004, verze 2.0; P_LMO_MIK_009, verze 1.0; F_LMO_FRA_MIK_1.10.2026	Sputum	A, B, D
3.	Mikrobiologické vyšetření moče kvantitativní	Aerobní kultivace	P_LMO_MIK_002, verze 1.0; F_LMO_FRA_MIK_1.10.2026	Moč	A, B
4.	Mikrobiologické vyšetření výtěru z rekta	Aerobní kultivace	P_LMO_MIK_003, verze 1.0; F_LMO_FRA_MIK_1.10.2026	Výtěr z rekta	A, B

Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace

Poř. číslo	Analyt / parametr/diagnostika	Princip vyšetření	Identifikace postupu/ přístrojové vybavení	Vyšetřovaný materiál	Stupně volnosti[1]
5.	Mikrobiologické vyšetření klinického materiálu	Aerobní kultivace	P_LMO_MIK_004, verze 2.0; F_LMO_FRA_MIK_1.10.2026	Stěr ze zevního zvukovodu a spojivky, další výtěry a stěry	A, B, D
6.	Mikrobiologické vyšetření klinického materiálu	Aerobní kultivace; Anaerobní kultivace	P_LMO_MIK_004, verze 2.0; F_LMO_FRA_MIK_1.10.2026	Výtěry a stěry, tkáň	A, B, D
7.	Mikrobiologické vyšetření primárně sterilních tělních tekutin	Mikroskopie; Aerobní kultivace; Anaerobní kultivace	P_LMO_MIK_004, verze 2.0; P_LMO_MIK_009, verze 1.0; F_LMO_FRA_MIK_1.10.2026	Ascites, dialyzát, punktát	A, B, D
8.	Mikrobiologické vyšetření klinického materiálu	Mikroskopie; Aerobní kultivace; Anaerobní kultivace	P_LMO_MIK_004, verze 2.0; P_LMO_MIK_009, verze 1.0; F_LMO_FRA_MIK_1.10.2026	Hnis, sekret	A, B, D
9.	Mikrobiologické vyšetření cizích těles	Aerobní kultivace; Anaerobní kultivace	P_LMO_MIK_004, verze 2.0; F_LMO_FRA_MIK_1.10.2026	Redon, katétr, kanyla, implantát	A, B, D
10.	Mikrobiologické vyšetření urogenitálního traktu	Mikroskopie; Aerobní kultivace; Anaerobní kultivace	P_LMO_MIK_005, verze 2.0; P_LMO_MIK_009, verze 1.0; F_LMO_FRA_MIK_1.10.2026	Výtěry z uretry, vaginy, cervixu, vulvy, glandu, ejakulát	A, B, D
11.	Identifikace mikroorganismu	Hmotnostní spektrometrie	P_LMO_MIK_006, verze 1.0; P_LMO_MIK_010, verze 2.0; F_LMO_FRA_MIK_1.10.2026; MALDI Microflex LT/SH	Bakteriální kultura, kvasinková kultura, vláknitá houba	A, B
12.	Kvalitativní vyšetření citlivosti	Difúzní diskový test	P_LMO_MIK_007, verze 1.0; F_LMO_FRA_MIK_1.10.2026; EUCAST v.16	Bakteriální kultura, kvasinková kultura	A, B
13.	Protilátky proti infekčnímu agens	Imunoanalýza s luminometrickou detekcí	P_LMO_IMU_003, verze 2.0; P_LMO_IMU_004, verze 2.0; F_LMO_FRA_IMU_23.3.2026; Liaison XL	Sérum	A, B, C

Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace

Poř. číslo	Analyt / parametr/diagnostika	Princip vyšetření	Identifikace postupu/ přístrojové vybavení	Vyšetřovaný materiál	Stupně volnosti[1]
813 - Laboratoř alergologická a imunologická					
1.	C-reaktivní protein	Imunoturbidimetrie	P_LMO_BIO_012, verze 5.0; F_LMO_FRA_BIO_4.2.2026; Atellica Solution	Sérum	A, B
2.	Imunoglobuliny	Imunoturbidimetrie	P_LMO_BIO_012, verze 5.0; F_LMO_FRA_BIO_4.2.2026; Atellica Solution	Sérum	A, B, C
3.	Specifické IgE	Imunoanalýza s luminometrickou detekcí	P_LMO_IMU_001, verze 3.0; F_LMO_FRA_IMU_23.3.2026; Immulite 2000 XP	Sérum	A, B
4.	Imunofenotypizace buněčných populací	Průtoková cytometrie	P_LMO_IMU_058, verze 2.0 F_LMO_FRA_IMU_23.3.2026; Aquios CL	Krev	A, B, C
5.	Autoprotilátky	Nepřímá imunofluorescence	P_LMO_IMU_005, verze 2.0; P_LMO_IMU_006, verze 2.0; F_LMO_FRA_IMU_23.3.2026; Helmed; Helios	Sérum	A, B, C
6.	Autoprotilátky	Imunoanalýza s fotometrickou detekcí	P_LMO_IMU_007, verze 2.0; F_LMO_FRA_IMU_23.3.2026; EUROLabWorkstation ELISA; EUROIMMUN Analyzer I	Sérum	A, B, C
818 - Laboratoř hematologická					
1.	Krevní obraz	Průtoková cytometrie; Impedanční metoda; Fotometrie; Výpočty	P_LMO_HEM_015, verze 2.0; F_LMO_FRA_HEM_1.10.2026; Sysmex XN 1000	Krev	A, B
2.	Protrombinový test	Koagulační metoda s optickou detekcí koagula; Výpočty	P_LMO_HEM_009, verze 4.0; F_LMO_FRA_HEM_1.10.2026; Sysmex CS 2500	Plazma	A, B

Upřesnění rozsahu akreditace:

Odbornost / poř. číslo	Detailní informace k činnostem v rozsahu akreditace
801/1	Urea, Kreatinin, Kyselina močová

Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace

Odbornost / poř. číslo	Detailní informace k činnostem v rozsahu akreditace
801/3	Alaninaminotransferáza (ALT), Aspartátaminotransferáza (AST), Gamaglutamyltransferáza (GGT)
801/4	Cholesterol celkový, Triacylglyceroly (TAG)
801/5	Tyreotropin (TSH), Tyroxin volný (fT4 volný)
801/6	Celkový prostatický specifický antigen (PSA total)
802/1	Bakterie, kvasinky
802/2	Bakterie, kvasinky
802/3	Bakterie, kvasinky
802/4	Bakterie, kvasinky
802/5	Bakterie, kvasinky
802/6	Bakterie, kvasinky
802/7	Bakterie, kvasinky
802/8	Bakterie, kvasinky
802/9	Bakterie, kvasinky
802/10	Bakterie, kvasinky
802/11	Bakterie, kvasinky, vláknité houby
802/12	Bakterie, kvasinky
802/13	*Borrelia burgdorferi senzu lato* ve třídě IgG a IgM Epstein-Barrové Virus (EBV) – anti-VCA IgG, anti-VCA IgM, anti-EBNA IgG, anti-EA IgG)
813/2	IgG, IgM
813/4	T-lymfocyty (CD3+), Th-lymfocyty (CD4+), Tc-lymfocyty (CD8+), B-lymfocyty (CD19+), NK-buňky (CD16+CD56+)
813/5	ANA IgG, anti EMA IgA
813/6	Protilátky proti tkáňové transglutamináze IgA (anti-tTG)
818/1	Leukocyty, erytrocyty, hemoglobin, hematokrit, MCV, MCH, MCHC, trombocyty, RDW, MPV
818/2	PT-INR, PT-poměr

Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace

Vysvětlivky:

[1] Zavedené stupně volnosti podle MPA 00-09-..:

A - Flexibilita týkající se dokumentovaného postupu vyšetření / odběru

B - Flexibilita týkající se techniky

C - Flexibilita týkající se analytů/parametrů

D - Flexibilita týkající se vyšetřovaného materiálu

E - Flexibilita týkající se míst poskytování POCT vyšetření

Není-li uveden žádný stupeň volnosti, nemůže laboratoř pro dané vyšetření uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace.